

Infusor: draagbaar elastomeer infusiesysteem

Omschrijving

Wanneer u een chemotherapieschema met 5FU krijgt toegediend, kan het zijn dat bij u een infusor pomp wordt gebruikt om de 5FU over een continue en trage infusie toe te dienen. Vanuit dit pompje wordt de 5FU over 46u tot soms 7dagen via de PAC toegediend.

Onderdelen van de infusor

Dit infusorpompje bestaat uit 3 delen:

- Toedieningslijn + debietregelaar
- Ballon reservoir met indicatorlijnen
- Beschermend omhulsel (uit plastic)

Onderstaande afbeelding geeft een gedetailleerder overzicht weer:



Onderdelen van de infusor (Baxter®, 2015)

Hoe werkt de infusor?

De toedieningslijn is gemaakt uit niet-afknikbaar materiaal en staat in verbinding met uw poortkatheter. Op deze lijn zitten één klem en een driewegkraan, waardoor de infusie van de

chemotherapie al dan niet onderbroken kan worden. Controleer af en toe of deze twee onderdelen 'open' staan, opdat de toevoer van chemotherapie wordt verzekerd.

Het ballon reservoir duwt de medicatie via de toedieningslijn naar de bloedbaan. De snelheid van infusie wordt bepaald door de debietregelaar. Met behulp van de indicatorlijnen op het beschermend omhulsel, kunt u het verloop van de infusie volgen. Pas als het ballonreservoir leeg is, is de infusie van het product voltooid. Indien de ballon volledig leeg is, ziet u duidelijk 8 uitsteeksels aan de binnenkant van de ballon. Controleer daarom meermaals of de vloeistof verder inloopt.

Wanneer u naar huis gaat met het infusorpompje krijgt u een draagtasje mee, zodat u dit steeds overal kan meedragen.



Infusieverloop (Baxter®, 2015)

Enkele praktische weetjes over de infusor

U kunt met de infusor uw dagdagelijkse activiteiten blijven verrichten. Let er wel op geen bruske bewegingen te maken of zwaar werk te verrichten om het risico op loslating van de naald te beperken. Probeer zoveel mogelijk op plaatsen op kamertemperatuur te blijven en vermijd extreem hoge/lage temperaturen of direct zonlicht. Zowel de infusor als de PAC mogen tijdens de infusie niet in contact komen met water.

Bij het slapengaan, kunt u de infusor naast u in bed leggen of onder uw hoofdkussen. Probeer dus steeds te zorgen voor een plaats op dezelfde hoogte als waar u slaapt.

Vliegtuigreizen worden afgeraden tijdens het gebruik van een infusor omwille van de mogelijke drukschommelingen.

Wat bij afkoppelen van de infusor?

Op het einde van de infusie zal de (thuis)verpleegkundige uw infusor afkoppelen. Vooraleer de naald eruit gaat, wordt met fysiologisch serum de PAC afgesloten. De naald zelf gaat in de naaldcontainer. Het pompje moet in twee plastic zakjes omwonden worden en zo meegebracht worden naar het ziekenhuis. Dit wordt dan bij het medisch afval gerecycleerd. Vergeet ook niet om steeds uw draagtasje mee te brengen bij uw volgende opname.

Wat moet ik doen als ik een probleem vermoed?

Tijdens uw opname op dagkliniek zal de afdelingsverpleegkundige, sociaal verpleegkundige of verpleegkundig coördinator u tonen hoe de infusor werkt.

Door manipulatie, zwelling t.h.v. de PAC, disconnectie t.h.v. de toedieningslijn,... kunnen lekkages optreden. Dit kan zowel langs de insteekplaats van de naald, als via de connectiepunten van de toedieningslijn. Controleer daarom op geregelde tijdstippen het verband van de PAC en de connectiestukken van de infusor op mogelijke lekkage.

In geval van lekkage, blijf rustig en blokkeer in eerste instantie de infusie van het chemotherapeuticum. Spoel de besmette huid onmiddellijk overvloedig met water. Neem daarna zo snel mogelijk contact op met het ziekenhuis.



Open



Toe

Contactmogelijkheden

Bij onduidelijkheden, twijfel of problemen is het noodzakelijk advies in te winnen en contact op te nemen met het ziekenhuis.

Dagkliniek C6 tijdens weekdays (7u30- 18u)
Verpleegeenheid oncologie T6
Coördinator digestieve oncologie
Sociaal verpleegkundige digestieve oncologie
Spoedgevallen (24u/24u)

Telefoon: 053/72 45 51
Telefoon: 053/72 46 62
Telefoon: 053/72 70 65
Telefoon: 053/72 47 02
Telefoon: 053/72 42 48